

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: zakup i dostawa aparatu USG.

Zamawiający **Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą ul. Piłsudskiego 2/4, 05-870 Błonie**, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.), udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ, skierowane przez Wykonawcę w związku z prowadzonym w/w postępowaniem.

Pytanie:

Pytanie numer 1 dotyczy punktu 9 „*Monitor wysokiej rozdzielczości kolorowy, cyfrowy typu OLED lub LCD o przekątnej ekranu min. 23". Rozdzielczość min. 1920x1080 Hz*”

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny posiadający monitor kolorowy LCD, o przekątnej ekranu 21,5" i o rozdzielczości 1920 x 1080 pixeli, regulowany w dwóch płaszczyznach niezależnie od panelu sterowania, antyrefleksowy zapewniający możliwość pracy w warunkach naturalnego/sztucznego oświetlenia ?

Pytanie numer 2 dotyczy punktu 27 „*Częstotliwość odświeżania dla trybu B: min. 2000 obrazów/sek*”. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny posiadający częstotliwość odświeżania dla trybu B: 1900 obrazów/sek?

Pytanie numer 3 dotyczy punktu 28 „*Maksymalna głębokość penetracji aparatu min. 32 cm.*”

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny posiadający maksymalną głębokość penetracji aparatu 30 cm?

Pytanie numer 4 dotyczy punktu 30 „*Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków pracująca w połączeniu z trybem Color doppler, doppler pulsacyjny PWD, trybie obrazowania trapezoidalnego na głowicy liniowej, trybem cyfrowej filtracji szumów, obrazowaniem harmonicznym*”

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny pracujący w trybie wielokierunkowego emitowania i skłaniania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na wszystkich głowicach convexowych i liniowych. Opcja dostępna dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego?

Pytanie numer 5 dotyczy punktu 36 „*Możliwość wyłączenia bramki kolorowego Dopplera na obrazach wywołanych z pamięci aparatu*”

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny nie posiadający możliwości wyłączenia bramki kolorowego Dopplera na obrazach wywołanych z pamięci aparatu?

Odpowiedź Zamawiającego

Ad. nr 1 – Tak. Zamawiający dopuszcza

Ad. nr 2 – Tak. Zamawiający dopuszcza

Ad. nr 3 – Tak. Zamawiający dopuszcza

Ad. nr 4 – Nie. Zamawiający nie dopuszcza

Ad. nr 5 – Tak. Zamawiający dopuszcza

Termin składania ofert:

Zamawiający informuje że w wyniku wyjaśnień nie przedłuża terminu składania ofert.

Termin składania ofert upływa – **01.10.2018 r. godz. 10:00**

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Wyjaśnienia treści SIWZ zostały zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego:
www.przychodniablonie.pl w dniu 27.09.2018 r.

DYREKTOR

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO GMINNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Bloniu

dr. med. **PAWEŁ POPPE**